

市内農産物の放射性物質検査結果

【第142報】

市では、JAとうかつ中央の協力のもと、市内産農産物の放射性物質の安全性の確保と、生産者や消費者の不安解消のため、国の交付金を活用して放射性物質分析機器（簡易型ガンマ線スペクトロメータ）を導入しました。

これは、市がスクリーニング用として実施するためのもので、食品中の放射性セシウムスクリーニング法に基づき、測定結果が基準値の2分の1である50Bq/kgを超過した場合、速やかに千葉県精密検査計画への組入れ等調整を行います。

- ・ 1月14日（火）、16日（木）市内産のほうれんそう
- ・ 2月4日（火）、6日（木）市内産のカブ
- ・ 2月12日（水）、13日（木）市内産の菜の花
- ・ 3月4日（火）、6日（木）市内産のトマト

について、検査を実施しました。

その結果、基準値以下でしたので、お知らせします。

生産者及び消費者のみなさまには、引き続き冷静な対応をお願いします。

なお、野菜で検出された放射性物質は、ほとんどが表面に付着していると考えられるため、洗う、皮をむく、などによって汚染の低減が期待できるとされています。

○検出量

単位：Bq/kg

栽培地	採取日	品目	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム合計
鎌ヶ谷市	1月14日	ほうれんそう (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	1月14日	ほうれんそう (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	1月14日	ほうれんそう (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	1月16日	ほうれんそう (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	1月16日	ほうれんそう (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	1月16日	ほうれんそう (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月4日	カブ (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月4日	カブ (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月4日	カブ (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず

栽培地	採取日	品目	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム合計
鎌ヶ谷市	2月6日	カブ (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月6日	カブ (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月6日	カブ (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月12日	菜の花 (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月12日	菜の花 (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月12日	菜の花 (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月13日	菜の花 (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月13日	菜の花 (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	2月13日	菜の花 (露地)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	3月4日	トマト (ハウス)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	3月4日	トマト (ハウス)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	3月4日	トマト (ハウス)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	3月6日	トマト (ハウス)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	3月6日	トマト (ハウス)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず
鎌ヶ谷市	3月6日	トマト (ハウス)	検出せず (8)	検出せず (9)	検出せず

注1) ()内は、測定下限値です。

2) 「測定下限値」とは、一定の測定条件において、測定結果の信頼性を確保するための最低限の数値・濃度です。

3) 「検出せず」とは、測定下限値未満の低レベル領域の数値・濃度であることを示します。なお、検出した数値・濃度が測定下限値を超えた場合は、放射性セシウム合計の欄に放射性セシウム134及び137の合計値が表示されます。

○本年4月1日からの基準値（一般食品）

放射性セシウム：100 Bq / kg

注1) Bq / kg（ベクレル）：放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子核が崩壊する数を表示します。

○測定機器

3 インチ Na I (T 1) シンチレーションスペクトロメーター

注1) 食品中の放射性セシウムスクリーニング法において示された測定機器の性能要件を満たしています。

○測定方法

試料採取については、5 地点採取方法に準じて行っています。測定については、空調を完備した恒温室に測定器を設置し、10時間のバックグラウンド測定を行い、1 検体につき、350 ml の試料を1, 800秒かけて測定を行っています。

○検査方法

「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」及び放射能測定シリーズ6「Na I (T 1) シンチレーションスペクトロメータ機器分析法（文部科学省）」、「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」に基づく検査における留意事項（厚生労働省）、放射能測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」（文部科学省）を準用しています。

【お問い合わせ】 鎌ヶ谷市役所（代表） 047-445-1141
農業振興課（内線） 243・259